



A marca CE é uma marca de conformidade protegida da Comunidade Europeia. Os produtos aqui incluídos estão de acordo com os requisitos da Diretiva 98/79/CEE relativa a IVD.

Informações gerais

O diluente ISOTONAC•3 foi concebido para analisadores hematológicos automáticos Nihon Kohden.

PRECAUÇÕES

- Não ingira o diluente.
- Em caso de contato do diluente com os olhos, lave-os cuidadosamente e imediatamente com água corrente.
- O diluente torna-se amarelo com o tempo, no entanto, isto não altera o seu desempenho.
- Leia o manual do operador do analisador hematológico antes de usar este diluente.
- Leia cuidadosamente a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o diluente. A FDS é disponibilizada por nosso representante local.

Informações ambientais

Armazenamento

- Temperatura ambiente (1-30 °C)
- Conserve ao abrigo da luz solar

Funcionamento

- 15-30 °C

Data de validade

18 meses (incluindo o mês de fabricação)

60 dias após a abertura

Importador:

Nihon Kohden Brasil Imp. Exp. e Com. de Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Diadema, 89, 1o Andar, Térreo - Mauá/ São Caetano do Sul/ SP - CEP: 09580-670
Autorização de Funcionamento: 8.09.146-9
CNPJ: 14.365.637/0001-96
Tel. +55 (11) 3044-1700
E-mail: qualidade@nkbr.com.br

Resp. Técnico: Sabrina Gonçalves Lima Jardim CRF-SP N. 51.083

Reg. ANVISA MS nº: 80914690012

Revisão Brasil 00 de 02.2018_2



NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 3-5996-8036 Fax +81 3-5996-8100

NIHON KOHDEN SINGAPORE PTE LTD
1 Maritime Square, #10-34 HarbourFront Centre Singapore 099253
Phone +65 6376-2210 Fax +65 6376-2264

NIHON KOHDEN KOREA, INC.
5F Miso Bldg, 890-47 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-280 Korea
Phone +82 2-3273-2310 Fax +82 2-3273-2352